

Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7010 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043

**Výsledky zkoušení způsobilosti**

**Kód laboratoře:** 44  
**Název laboratoře:** EMITEP s.r.o.  
**Použitý analyzátor:** E 90-13, E90-22

ALME-OR-01/21: Stanovení koncentrace vybraných plynných složek ( $O_2$ ,  $CO$ ,  $CO_2$ ,  $NO$ ,  $SO_2$ ) v referenčním materiálu

ALME-OR-02/21: Stanovení koncentrace propanu v referenčním materiálu


ALME-OR-01/21: Stanovení koncentrace vybraných plynných složek ( $O_2$ ,  $CO$ ,  $CO_2$ ,  $NO$ ,  $SO_2$ ) v referenčním materiálu

Ukazatel/jednotka	Výsledky		Průměr	Z-skóre	Relativní chyba	Vztažná hodnota	Směrodatná odchylka		
	1.	2.					Opakov.	Mezilab.	Reprod.
Oxid uhelnatý [mg/m <sup>3</sup> ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oxid dusnatý [mg/m <sup>3</sup> ]	68	68	68	-1,00	-4,2	71	1	3	3
Oxid siřičitý [mg/m <sup>3</sup> ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oxid uhličitý [obj. %]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kyslík [obj. %]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALME-OR-02/21: Stanovení koncentrace propanu v referenčním materiálu

Ukazatel/jednotka	Výsledky -		Průměr	Z-skóre	Relativní chyba	Vztažná hodnota	Směrodatná odchylka		
	1.	2.					Opakov.	Mezilab.	Reprod.
Propan [mg/m <sup>3</sup> ]	39,6	39,6	39,6	-0,10	-0,5	39,8	0,3	1,6	1,6

Za správnost:


  
prof. Ing. Karel Ventura, CSc.  
koordinátor

Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7010 akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17043

**Výsledky zkoušení způsobilosti**

Kód laboratoře: 45

Název laboratoře: EMITEP s.r.o.


Použitý analyzátor: E 90-20

ALME-OR-02/21: Stanovení koncentrace propanu v referenčním materiálu

ALME-OR-02/21: Stanovení koncentrace propanu v referenčním materiálu

Ukazatel/jednotka	Výsledky		Průměr	Z-skóre	Relativní chyba	Vztažná hodnota	Směrodatná odchylka		
	1.	2.					Opakov.	Mezilab.	Reprod.
Propan [mg/m <sup>3</sup> ]	39,6	39,6	39,6	-0,10	-0,5	39,8	0,3	1,6	1,6

Za správnost:


  
prof. Ing. Karel Ventura, CSc.  
koordinátor